

Zoznam **STN** a **STN ISO** noriem pre mikrobiologickú analýzu vôd + príslušné kultivačné médiá **Biolife Italiana srl**



1. február 2011

VYSVETLIVKY:

DM	dehydratované médium
SUPPL	supplement
SK	médium v skúmavkách
PM	médium v Petriho miskách
F	médium vo fľašiach



Biolife Italiana srl

www.biolifeitaliana.it

STN EN ISO 7899-2 (75 7831)

Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (ISO 7899-2: 2000)

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
4020462	SLANETZ BARTLEY AGAR	500 g	DM
4020464	SLANETZ BARTLEY AGAR	5 kg	DM
4010182	BILE ESCULIN AZIDE AGAR ISO	500 g	DM
42111801	TTC, 1% SOLUTION	30 ml	SUPPL
542046	SLANETZ BARTLEY AGAR	20 ks	PM
491018	BILE ESCULIN AZ. AGAR ISO	30 ks	PM

STN ISO 11731-1 (75 7833)

Kvalita vody. Stanovenie Legionella

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
4015822	LEGIONELLA BCYE AGAR B	500 g	DM
423210	LEGIONELLA BCYE ALPHAGROWTH SUPPLEMENT	4 vls na 500 ml média	SUPPL
5115822	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE	6 x 90 ml	F
5115824	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE	6 x 180 ml	F
549945	LEGIONELLA AGAR (BCYE)	20 ks	PM
423215	LEGIONELLA GVPC SELECTIVE SUPPLEMENT	4 vls na 500 ml média	SUPPL

STN EN ISO 11731-2 (75 7833)

Kvalita vody. Stanovenie Legionella.

Časť 2: Metóda priamej membránovej filtrácie pre vody s malým počtom baktérií (ISO 11731-2: 2004)

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
4015822	LEGIONELLA BCYE AGAR B	500 g	DM
423210	LEGIONELLA BCYE ALPHAGROWTH SUPPLEMENT	4 vls na 500 ml média	SUPPL
5115822	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE	6 x 90 ml	F
5115824	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE	6 x 180 ml	F
549945	LEGIONELLA AGAR (BCYE)	20 ks	PM
423215	LEGIONELLA GVPC SELECTIVE SUPPLEMENT	4 vls na 500 ml média	SUPPL

STN EN ISO 9308-1/AC (75 7834)

Kvalita vody. Stanovenie *Escherichia coli* a koliformných baktérií.

Časť 1: Metóda membránovej filtrácie (ISO 9308-1: 2000)

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
402160T2	TTC TERGITOL -7 AGAR	500 g	DM
492160T	TTC TERGITOL AGAR	30 ks	PM
421510	TTC, 0.05% SOLUTION	10 x 25 ml	SUPPL
42111801	TTC, 1% SOLUTION	30 ml	SUPPL
4021502	TRYPTIC SOY AGAR	500 g	DM
542150	TRYPTIC SOY AGAR	20 ks	PM
4021532	TRYPTONE BILE AGAR	500 g	DM
4021652	TRYPTONE TRYPTOPHAN MEDIUM	500 g	DM

STN ISO 9308-2 (75 7834)

Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií, termotolerantných koliformných baktérií a prezumptívnej *Escherichia coli*. Časť 2: Metóda kvasnej skúšky (metóda najpravdepodobnejšieho počtu)

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
4012652	BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%	500 g	DM
551265	BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%	20 x 10 ml	SK
4015752	LACTOSE BROTH	500 g	DM
4015754	LACTOSE BROTH	5 kg	DM
551575D	LACTOSE BROTH 2X	20 x 10 ml	SK
4015802	LAURYL PEPTO BIOS BROTH	500 g	DM
4016752	MAC CONKEY BROTH PURPLE	500 g	DM
4018912	PEPTONE (TRYPTONE) WATER	500 g	DM
4018914	PEPTONE (TRYPTONE) WATER	5 kg	DM
551891	PEPTONE TRYPTONE WATER	20 x 9 ml	SK

STN ISO 6340 (75 7835)

Kvalita vody. Stanovenie *Salmonella* sp.

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
4018102	NUTRIENT AGAR - živný agar č. 1	500 g	DM
4018104	NUTRIENT AGAR	5 kg	DM
541810	NUTRIENT AGAR	20 ks	PM
4020262	SELENITE CYSTINE BROTH - selenitová pôda	500 g	DM
4020264	SELENITE CYSTINE BROTH	5 kg	DM
552026	SELENITE CYSTINE BROTH	20 x 10 ml	SK
5120262	SELENITE CYSTINE BROTH	6 x 100 ml	F
4021752	UREA AGAR BASE-CHRISTENSEN	500 g	DM
4240096	UREA, 40% SOLUTION	10 x 5 ml	SK
4022062	XLD AGAR	500 g	DM
542206	XLD AGAR	20 ks	PM
40121022	BISMUTH SULPHITE AGAR USP	500 g	DM
401278S2	BUFFERED PEPTONE WATER pH 7.2	500 g	DM

STN EN ISO 6222 (75 7837)

Kvalita vody. Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov.

Počítanie kolónií po očkovaní do kultivačného živného agarového média (ISO 6222: 1999)

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
4022752	YEAST EXTRACT AGAR	500 g	DM
5122753	YEAST EXTRACT AGAR	6 x 200 ml	F
492275	YEAST EXTRACT AGAR	30 ks	PM

STN EN ISO 16266 (75 7838)

Kvalita vody. Stanovenie Pseudomonas aeruginosa. Metóda membránovej filtrácie (ISO 16266: 2006)

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
4018112	NUTRIENT AGAR WITH SODIUM CHLORIDE	500 g	DM
4019612	PSEUDOMONAS AGAR F	500 g	DM
4019602	PSEUDOMONAS AGAR BASE	500 g	DM
4240046	CN PSEUDOMONAS	10 vls na 500 ml média	SUPPL
421015	GLYCEROL	100 ml	SUPPL
491960	PSEUDOMONAS CN SELECT. AGAR	30 ks	PM

STN 75 7840 (75 7840)

Kvalita vody. Stanovenie termotolerantných koliformných baktérií

KAT. ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE	
4014862	FAECAL COLIFORM BROTH	500 g	DM
402160T2	TTC TERGITOL -7 AGAR	500 g	DM
492160T	TTC TERGITOL AGAR	30 ks	PM